


## MTC 12K

## TERMOČLÁNKY KABELOVÉ S KABELOVÝM OKEM

standartní provedení:

termočlánekové vedení typ GHGHV, třída přesnosti 2 dle DIN IEC 60584 (DIN 43710)  
izolace 2x speciální skelné vlákno, nerezový oplet / průřez vodičů: 2x 0,22mm<sup>2</sup> lanko;  
maximální pracovní teplota +600°C  
materiál připojovacího dílu: **B,C** - nerezová ocel třídy 17, **A,D** - mosaz



Objednací kód:

MTC 12K -					
Vedení GHGHV, typ termočlánu "K"	0				
Vedení GHGHV, typ termočlánu "J"	1				
Vedení GHGHV, typ termočlánu "L"	2				
<b>Provedení kabelového oka</b>					
<b>Provedení A</b> ( viz náčrtek, určeno na utažení pod šroub )	0				
<b>Provedení B</b> ( viz náčrtek, určeno na utažení pod šroub. Robustní provedení )	1				
<b>Provedení C</b> ( viz náčrtek, jen s nerezovou špičkou )	2				
<b>Provedení D</b> ( viz náčrtek, určeno na utažení pod stahovací pásku - např. k potrubí )	3				
<b>Délka termočlánu N [cm] ( 10 - 10000 cm )</b>					
zadejte délku termočlánu			XXXX		
<b>Provedení studeného konce termočlánu</b>					
volné konce					0
konektor standartní velikosti ( MTCK-SM-X, zástrčka )					1
konektor standartní velikosti ( MTCK-S... ) včetně protikusu a příslušenství					2
miniaturní konektor ( MTCK-MM-X, zástrčka )					3
miniaturní konektor ( MTCK-M... ) včetně protikusu a příslušenství					4
standartní keramický konektor ( MTCK-CSM-X, zástrčka )					5
standartní keramický konektor ( včetně protikusu a příslušenství )					6

Příklad objednacího kódu: MTC12K-01-400-1

2010-02-TC12K

tel: +420 461 619 515  
fax: +420 461 619 513

email: info@hth8.cz  
www.hth8.cz

IČ: 25961152  
DIČ: CZ25961152



Standartní dodací lhůta je 12 dní od data objednání.  
Kratší ( expresní ) dodací lhůta je možná s příplatkem +15% základní ceny.  
Cenu a termín dodání větších sérií stejného provedení konzultujte s dodavatelem.

**Související výrobky - náhradní díly - příslušenství - služby:**

popis	datový list / ceník
datový list provedení MTC12K	2010-02-DTC12K
konektory	2010-02-MK, 2010-02-KO
kalibrace snímačů teploty	2010-02-KS

2010-02-TC12K